

QUESITO : Con riferimento alla procedura in oggetto smart CIG Z451F0BDC9, richiediamo di sapere se la determinazione di pcb deve avvenire con la metodica analitica in alta risoluzione

RISPOSTA : in riscontro al suddetto quesito si precisa che : “la determinazione dei PCB deve avvenire con metodiche analitiche che garantiscano il limite di quantificazione non inferiore a 1 mg/kg”

Il RdP

Ing. Maria Teresa Bernardo